

校正証明書

依頼者： ***** 殿

品名： 音響校正器

型式： NC-75

製造番号： *****

校正日： *****年**月**日

環境条件： 温度 **℃ 湿度 **%RH

上記製品は、当社の試験・校正作業手順書に従い校正が行われ、校正作業における検査または試験の結果は、別紙の試験成績書に示すとおり仕様を満たしています。

この校正に使用した作業用標準器・計測器は、当社の計測標準トレーサビリティ体系及び計測器管理規定に基づき、国家標準または国際度量衡委員会加盟の諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

照合用標準器

品名	型式	管理番号	校正有効期限
音響 コンデンサマイクロホン	BK4160	2545030	2021.12
電気量			
デジタルマルチメータ	3458A	MY45051584	2021.7
ユニバーサルカウンタ	53132A	MY40007348	2020.12
オートマッチングイストーションアナライザ	AD725D	3000032468	2020.12

作業用標準器

品名	型式	管理番号	校正有効期限
音圧レベル計測アンプ	NA-42改	RH-815	2021.8