

文書番号：SQC22033

2022 年 9 月 16 日

お客様各位

リオンサービスセンター株式会社
エンジニアリングビジネスユニット
品質管理室

トレーサビリティ証明書類の様式変更について

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

ご提供しておりますトレーサビリティ証明書類の様式を変更させていただきます。つきましては 2022 年 10 月 1 日発行分より新様式でのご提供とさせていただきますので何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

◆変更となる様式と主な変更点

1.校正証明書表紙

- ・発行部署（品質管理室）電話番号を削除

2.校正証明書

- ・記載情報レイアウトの変更
- ・【備考】欄の追加

※製品管理番号、ご依頼識別番号等のお客様記載要望情報、弊社からの連絡等を記載いたします。

※記載事項なしの場合は非表示となります。

3.トレーサビリティ体系図

- ・製品セグメントごとの軽微な相違の解消（実線、点線の使い分け 等）

変更前後の様式比較につきましては別紙サンプルをご参照ください。

以上

トレーサビリティ証明書

- ☒ 校 正 証 明 書
- ☒ トレーサビリティ体系図
- ☐ 標準器の校正証明書（写し）
または試験成績書（写し）

リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

校正証明書

【依頼者】 リオンサービスセンター株式会社 殿

【品名】 普通騒音計

【型式】 NL-21 【製造番号】 *****

【校正日】 2022年9月1日 【環境条件】 温度 23 ℃ 湿度 50 %RH

【備考】 管理番号：*****

上記製品は、当社の試験・校正作業手順書に従い校正が行われ、校正作業における検査または試験の結果は、別紙の試験成績書に示すとおり仕様を満たしています。

この校正に使用した作業用標準器・計測器は、当社の計測標準トレーサビリティ体系及び計測器管理規定に基づき、国家標準または国際度量衡委員会加盟の諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。


＜照合用標準器＞

品名	型式	管理番号	校正有効期限
コンデンサマイクロホン	BK4180	2889926	2023. 12
デジタルマルチメータ	3458A	MY45051584	2023. 7
ユニバーサルカウンタ	53230A	MY50004233	2023. 3

＜作業用標準器＞

品名	型式	管理番号	校正有効期限
コンデンサマイクロホン	UC-33P	RN-719	2023. 8
デジタルマルチメータ	34401A	RN-718	2023. 8
騒音計ユニット	UN-04A	RN-716	2023. 8
騒音計ユニット	UN-04A	RN-717	2023. 8
抵抗減衰器	984C	RN-723	2023. 6
周波数特性分析器	FRA5022	RH-597	2022. 10
トーンバースト	KTG-11	RN-720	2023. 6
周波数シセサイザ	33120A	RN-728	2023. 8

新様式サンプル：騒音計



トレーサビリティ体系図（音響）

当該証明書番号 SAMPLE
製造番号 *****
校正日 2022年9月1日
リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

新様式サンプル:騒音計

国家・公的標準
供給機関


上位標準

照合用標準器

常用標準器

作業用標準器

製品



トレーサビリティ体系図(電気量)

当該証明書番号 SAMPLE
製造番号 *****
校正日 2022年9月1日
リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

トレーサビリティ証明書

- ☒ 校 正 証 明 書
- ☒ トレーサビリティ体系図
- ☐ 標準器の校正証明書（写し）
または試験成績書（写し）

リオンサービスセンター株式会社

品質管理室

東京都八王子市兵衛二丁目 22 番 2 号

TEL 042(632)1122

証明書番号 * * * * *
発行日 2 0 2 2 年 8 月 2 日

校正証明書

依頼者： * * * * * 殿

品 名： 普通騒音計

型 式： N L - 2 1

製造番号： * * * * *

校 正 日： 2 0 2 2 年 7 月 2 7 日

環境条件： 温度 2 4 ℃ 湿度 4 9 % R H

上記製品は、当社の試験・校正作業手順書に従い校正が行われ、校正作業における検査または試験の結果は、別紙の試験成績書に示すとおり仕様を満たしています。
この校正に使用した作業用標準器・計測器は、当社の計測標準トレーサビリティ体系及び計測器管理規定に基づき、国家標準または国際度量衡委員会加盟の諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

照合用標準器


品 名	型 式	管理番号	校正有効期限
音 響 コンデンサマイクロホン	BK4180	2889926	2023.12
電 気 量 デジタルマルチメータ	3458A	MY45051584	2022.7
ユニバーサルカウンタ	53230A	MY50004233	2023.3

作業用標準器

品 名	型 式	管理番号	校正有効期限
音 響 コンデンサマイクロホン	UC-33P	RN-719	2022.8
電 気 量 デジタルマルチメータ	34401A	RN-718	2022.8
騒音計ユニット	UN-04A	RN-716	2022.8
騒音計ユニット	UN-04A	RN-717	2022.8
抵抗減衰器	984C	RN-723	2023.6
周波数特性分析器	FRA5022	RH-597	2022.10
周波数シンセサイザ	33120A	RN-728	2022.8
トーンバースト	KTG-11	RN-720	2023.6

リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号


従来様式サンプル:騒音計



トレーサビリティ体系図(音響)

当該証明書番号 *****
製造番号 *****
校正日 2022年7月27日
リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

従来様式サンプル:騒音計



トレーサビリティ体系図(電気量)

当該証明書番号 *****
製造番号 *****
校正日 2022年7月27日
リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

トレーサビリティ証明書

- ☒ 校 正 証 明 書
- ☒ トレーサビリティ体系図
- ☐ 標準器の校正証明書（写し）
または試験成績書（写し）

リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

校正証明書

【依頼者】 リオンサービスセンター株式会社 殿

【品名】 ハンドヘルドパーティクルカウンタ

【型式】 KC-52 【製造番号】 *****

【校正日】 2022年9月1日 【環境条件】 温度 23 ℃ 湿度 50 %RH

【備考】 管理番号: *****

上記製品は、当社の試験・校正作業手順書に従い校正が行われ、校正作業における検査または試験の結果は、別紙の試験成績書に示すとおり仕様を満たしています。
この校正に使用した作業用標準器・計測器は、当社の計測標準トレーサビリティ体系及び計測器管理規定に基づき、国家標準または国際度量衡委員会加盟の諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

＜照合用標準器＞


品名	型式	管理番号	校正有効期限
光散乱式自動粒子計数器	KC-22A改	環R69	2022. 11
石鹼膜式流量計(指示部/体積管)	SF-1U/VP-4U	57NB X69E/BV00 58AN	2023. 4
ストップウォッチ	S051-4000	137642	2022. 12

＜作業用標準器＞

品名	型式	管理番号	校正日
標準粒子	3300A	231958	2016. 1. 20
標準粒子	3500A	233547	2019. 3. 21
標準粒子	4010A	234196	2019. 8. 7
品名	型式	管理番号	校正有効期限
気中微粒子計参照器	KC-22A	RH-468	2022. 9
精密膜流量計	V-40/SF-1100	RH-432	2023. 5

※標準粒子は使い捨てのため、校正有効期限はありません

新様式サンプル: パーティクルカウンタ



トレーサビリティ体系図

当該証明書番号 SAMPLE
製造番号 *****
校正日 2022年9月1日
リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

証明書番号 *****
発行日 2022年 9月 2日

校正証明書

依頼者： ***** 殿

品 名： ハンドヘルドパーティクルカウンタ

型 式： KC－52

製造番号： *****

校 正 日： 2022年 8月25日

環境条件： 温度 23℃ 湿度 48%RH

上記製品は、当社の試験・校正作業手順書に従い校正が行われ、校正作業における検査または試験の結果は、別紙の試験成績書に示すとおり仕様を満たしています。
この校正に使用した作業用標準器・計測器は、当社の計測標準トレーサビリティ体系及び計測器管理規定に基づき、国家標準または国際度量衡委員会加盟の諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

照合用標準器

品 名	型 式	管理番号	校正有効期限
光散乱式自動粒子計数器	KC-22A改	環R69	2022.11
石鹼膜式流量計(指示部/体積管)	SF-1U/VP-4U	57N8 X69E/BV00 58AN	2023.4
ストップウォッチ	S051-4000	137642	2022.12


作業用標準器

品 名	型 式	管理番号	校正日
標準粒子	3300A	231958	2016.1.20
標準粒子	3500A	233547	2019.3.21
標準粒子	4010A	234196	2019.8.7
品 名	型 式	管理番号	校正有効期限
気中微粒子計参照器	KC-22A	RH-468	2022.9
精密膜流量計	SF-1100(V-40)	RH-432	2023.5

* 標準粒子は使い捨てのため、校正有効期限はありません。

リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号

従来様式サンプル:パーティクルカウンタ



トレーサビリティ体系図

当該証明書番号 *****
製造番号 *****
2022年 8月25日 (校正日)
リオンサービスセンター株式会社
品質管理室
東京都八王子市兵衛二丁目22番2号